

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN THẬN
Số: 1049/TM-BVTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2026

THƯ MỜI

Mời chào giá vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2026
tại Bệnh viện Thận Hà Nội

Kính gửi: Quý công ty

Bệnh viện Thận Hà Nội (bệnh viện) xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng. Căn cứ tình hình thực tế hoạt động khám, chữa bệnh tại Bệnh viện, hiện nay Bệnh viện Thận Hà Nội đang có nhu cầu mua sắm một số vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện.

Để triển khai thực hiện việc mua sắm đúng quy định của pháp luật, đạt hiệu quả và đảm bảo cung ứng kịp thời phục vụ công tác chuyên môn, Bệnh viện có nhu cầu tham khảo giá một số mặt hàng vật tư y tế (*danh mục chi tiết theo file đính kèm*).

Kính đề nghị Quý Công ty gửi cho Bệnh viện hồ sơ chào giá theo danh mục gửi kèm. Quý công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm về hồ sơ chào giá cung cấp cho Bệnh viện.

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

- Thời gian: trước 10h00 ngày 15/06/2026 (Thứ 2)
- Địa điểm: Khoa Dược, Bệnh viện Thận Hà Nội, số 70 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội

Trân trọng cảm ơn. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KD_(Huyền)




Phan Tùng Linh

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN THẬN

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Thư mời số 1049/TM-BVTH ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Bệnh viện Thận Hà Nội)

TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Nước cất vô khuẩn	Nước cất được trung cất 2 lần, đã tiệt trùng Đóng gói: can 5 lít	Can	90	
2	Phim X Quang KTS	Công nghệ in nhiệt kỹ thuật số trực tiếp. Kích thước 20 x 25 cm (8 x 10 inch) Đậm độ quang học tối đa ≥ 3.2 . Phim gồm 4 lớp: lớp nền PET dày 168 μm , lớp muối bạc hữu cơ hàm lượng 1.0 g/m ² , lớp bảo vệ trong suốt và lớp nền dưới. Độ dày phim: 200 - 210 μm Tương thích với các dòng máy in Agfa Drystar. Xuất xứ: các nước EU Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Đóng gói ≥ 100 tờ/hộp	Hộp	5	
3	Lõi lọc bông nén	Lõi lọc bông nén (loại gầy), chiều dài 20 inch, độ lọc 5 micron	Cái	45	
4	Túi ép tiệt trùng đẹp 200mm x 200m	Gồm lớp giấy y tế 60 g/m ² và lớp film trong suốt PET/PP dày 52 μm . Sử dụng trong tiệt khuẩn bằng STEAM, EO, FORM. Kích thước 200mm x 200m. Độ rộng mỗi hàn 2 bên $\geq 6\text{mm}$. Tích hợp chỉ thị hóa học trên túi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Cuộn	8	
5	Túi ép tiệt trùng đẹp 300mm x 200m	Gồm lớp giấy y tế 60 g/m ² và lớp film trong suốt PET/PP dày 52 μm . Sử dụng trong tiệt khuẩn bằng STEAM, EO, FORM. Kích thước 300mm x 200m. Độ rộng mỗi hàn 2 bên $\geq 6\text{mm}$. Tích hợp chỉ thị hóa học trên túi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Cuộn	8	
6	Clip polymer kẹp mạch máu các cỡ	Chất liệu: polymer không tiêu. Dùng để kẹp các cấu trúc mô dạng ống hoặc mạch máu trong quá trình phẫu thuật để cầm máu khi cần sử dụng các clip không tiêu. - Kẹp được mạch máu cỡ 3 mm đến 16 mm. - Chiều dài chân clip ngoài lần lượt: 9,5-13-17,8mm. Độ dày chân clip: 0,83-1,29mm. Đường kính phần lồi của Clip khi đóng: 1,1-1,2-1,3mm, khi mở: 7,5-10,2-14mm - Có các răng nhọn - gập góc hai bên sắp xếp so le nghiêng về phía mô bị kẹp. Kiểu khớp động Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Xuất xứ: nhóm nước G7	Cái	48	
7	Clip Titan kẹp mạch máu các cỡ	- Chất liệu: Titanium - Hình chữ V. Tương thích với kim kẹp clip cỡ 0,59mm-1,42mm. Các vị clip được mã hóa màu sắc tương ứng với Kim kẹp clip - Kẹp được mạch máu cỡ 0,3 mm đến 7,5mm - Clip khi mở dài lần lượt 3,2-4,7-8,0-11,9mm, rộng 2,1-2,9-5,2-5,4mm. Clip khi đóng dài lần lượt 3,7-5,4-9,0-12,3mm Đạt tiêu chuẩn 13485 hoặc tương đương Xuất xứ: nhóm nước G7	Cái	48	
8	Dây hút dịch phẫu thuật	Chất liệu Silicon, dùng cho máy hút dịch, chiều dài 3,6m. Đường kính trong ống: \varnothing 6mm. Đường kính ngoài ống: \varnothing 10mm. Chất liệu: Nhựa PVC chính phẩm. Dây có 2 đầu nối, dễ thao tác cắm vào máy hút. Ống dây dẻo, không bị rò rỉ, vừa đủ cứng để không bị bẹp khi hút dịch. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	10	
Tổng: 08 khoản					



PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá số 149/TM-BVTH ngày 12 tháng 1 năm 2026 của Bệnh viện Thận Hà Nội)

TÊN CÔNG TY:

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Thận Hà Nội

Địa chỉ: Số 70, Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Thành phố Hà Nội

Căn cứ Thư mời báo giá số /TM-BVTH ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện Thận Hà Nội, Công ty.....xin báo giá vật tư y tế sau:

STT	Tên vật tư y tế	Tên thương mại	Ký, mã hiệu	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Số lưu hành hoặc GPNK	Hạn dùng (Tuổi thọ)	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Mã HS	Mã kê khai	Phân loại (NPD 98/2021/N Đ-CP)	Đơn vị tính	Đơn giá (có VAT)	Số lượng	Thành tiền (có VAT)
1																
.....																

Giá trên đã bao gồm toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế theo quy định của pháp luật
Báo giá có hiệu lực.....kể từ ngày.....
Các tài liệu gửi kèm (nếu có)

....., ngày.....tháng.....năm 2026
Đại diện hợp pháp của công ty
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

